

Javna ustanova Opća bolnica
«Prim. dr Abdulah Nakaš»
Odjeljenje za tehničke poslove i investicije
Broj: 02C-9940/24
Datum: 06.08.2024. godine

SAGLASNOST: DA - NE
DIREKTOR

KABINET DIREKTORA
N/r Direktora
putem ODSJEKA ZA JAVNE NABAVKE

ZAHTEJ V
za nabavkom putem Direktnog sporazuma

Za nabavku:

- Roba
- Usluga
- Radova

Kratak opis roba, usluga ili radova, količina, tehnički opis i navod za koju organizacionu jedinicu se vrši predmetna nabavka:

„Servis aparata SYSMEX XN 550“ - problem sa rukom Samplera.

Procjena vrijednosti nabavke je: 1.140,00 KM bez PDV-a.

1) Nabavka je u Planu nabavki za 2024 godinu, Stavka br. 343- Preventivno i interventno održavanje hematološkog 5 diff brojača Sysmex XN-550 za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijksu dijagnostiku

Firma Broma bel d.o.o. Banjaluka je ovlašteni zastupnik proizvođača Sysmex za BiH i priložio jer Autorizaciju.

Izvor finansiranja: Vlastita sredstva

Ovlašćuje se Nedžad Bičakčić dipl.ing.maš. na radnom mjestu šef Odjeljenja za tehničke poslove i investicije da izvrši predmetnu nabavku.

Direktni sporazum smatra se zaključenim prilaganjem odgovarajuće dokumentacije (donošenjem odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili zaključenjem ugovora).

NAPOMENA: Uz zahtjev se dostavlja dokaz o istraženom tržištu (sve informativne ponude prikupljene za konkretnu nabavku) i/ili pisana zabilješka o istraženom tržištu.

Šef Odjeljenja za ekonomsko-finansijske poslove

Podnosilac zahtjeva
Nedžad Bičakčić dipl.ing.maš

Tehnička specifikacija:

Redni broj	Opis roba / usluga / radova	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a
1.	Valve Assy NO232, Ventill	1 kom		
2.	Stopper NO 483	1 kom		
3.	Stopper NO 484	1 kom		
4.	Air pump NO1, Assy(PM), Zračna pumpa	1 kom		
Ukupna cijena bez PDV-a				
Popust				
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a				

Adresa za poziv za ponudu:

1. Naziv firme	Broma bel d.o.o Banja Luka
E-mail	bromabel@blic.net
Tel	051 586 925



S01-944-117

"BROMA BEL" d.o.o. za promet lijekova i medicinskih sredstava
Branka Popovića 39, 78000 BANJA LUKA, Republika Srpska, BiH
tel/fax (+387) 51 586-925, 586-929, 509-650
e-mail: bromabel@blic.net

PONUDA br: PO-211-S/24

495 OPĆA BOLNICA DR ABDULAH NAKAŠ
71000 SARAJEVO
Kranjčevićeva 12
Fax:033/285-370

Datum: **31.07.2024**
Mjesto: **BANJA LUKA**
Opcija: **31.07.2024**

PIB:200288400001

Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena po jed.	Rab.%	Cijena bez PDV	Iznos	PDV%	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
AH743525	VALVE ASSY NO.232	kom	1	270,09	0	270,09	270,09	17	45,92	316,01	316,01
BH589483	STOPPER NO.483	kom	1	80,05	0	80,05	80,05	17	13,61	93,66	93,66
AF010024	STOPPER NO.484	kom	1	61,90	0	61,90	61,90	17	10,52	72,42	72,42
05104711	AIR PUMP NO.1 ASSY(PM)	kom	1	567,18	0	567,18	567,18	17	96,42	663,60	663,60

979,22

S	Servisiranje	rč	2	80,00	0	80,00	160,00	17	13,60	93,60	187,20
---	--------------	----	---	-------	---	-------	--------	----	-------	-------	--------

U stavci servisiranje su obračunati radni sati servisera.

160,00

Ukupno: 1.139,22**PDV: 193,67****ZA UPLATU: 1.332,89**

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	17,00	1.139,22	193,67
		Ukupno:	193,67

Slovima:jednahiljadatristatridesetdvemarke i 89/100

Ponuda se odnosi na defektažu i otklanjanje problema na 5 diff hematološkom brojaču Sysmex XN550.

Za: Broma Bel d.o.o.

Logo: **sysmex**

Sysmex Europe GmbH • Bornbach 1 • 22848 Norderstedt • Njemačka

Sysmex Europe GmbH
Bornbach 1
22842 Norderstedt, Njemačka
Tel. +49 40 52726-0
Fax. +49 40 52726-100
info@sysmex-europe.com

Onima kojih se tiče

AUTORIZACIJA PROIZVOĐAČA

Kojom Sysmex Europe GmbH („Sysmex“),
koji je ustanovljeni, renomirani i ovlašteni zastupnik u Evropi, Africi i Srednjem Istoku (EMEA
regija), zvanično proglašen od strane proizvođača Sysmex Corporation, sa glavnim sjedištem
poslovanja na adresi 1-5-1 Wakinohama-Kaigandoori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan za

Sysmex hematološke- i urinske analizatore sa
reagensima, dodacima, softverom i rezervnim dijelovima („PROIZVODI“)

i koji ima ovlaštenje da odobri autorizacije lokalnim zastupnicima unutar gore pomenutih tržišta,
ovim izjavljuje da je kompanija

Broma bel d.o.o. Branka Popovića 39, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina („KOMPANIJA“)

naš distributer na teritoriji

Bosne i Hercegovine („TERITORIJA“)

KOMPANIJA je prema tome ovlaštena da izvodi sve aktivnosti komercijale i podrške za
PROIZVODE uključujući prodaju, marketing, aplikacije i servisnu podršku na **TERITORIJI**.

KOMPANIJA je odgovorna za registraciju **PROIZVODA** kod Agencije za lijekove i medicinska
sredstva za teritoriju Bosne i Hercegovine.

KOMPANIJA je svjesna da je ova specijalna autorizacija ograničena na gore nabrojane proizvode
i da ne stvara nikakva dalja prava za **KOMPANIJU**.

Ova deklaracija je važeća do 31.03.2024. godine i može se povući jednostrano od strane Sysmexa
u pisanoj formi prije datuma isteka iz opravdanog razloga. Takav opravdan razlog treba, između
ostalog, biti okončanje ili istek distributivnog odnosa, ako on postoji, između Sysmexa i
KOMPANIJE.

U ime Sysmex Europe SE

Datum: 01.03.2023. godine
Mjesto: 22848 Norderstedt, Njemačka

Viši izvršni službenik



SERVIS - RADNI NALOG

OBR-009 VERZIJA: A3

Korisnik/Ustanova:		OB ABDULAH NAKAS	
Služba:		LABORATORIJA	Datum:
Naziv aparata:			
SYSMEX XN550			
Serijski broj aparata:	Broj zahtjeva (narudžbenice) servisa:		
14748	telefonski		
Ime i prezime korisnika koji je uputio zahtjev za servis:			
Interni broj servisnog naloga :		Garantni rok:	

Razlog posjete:	PROBLEM SA RUKOM SAMPLERA

Izvršeni radovi:
- IZVRŠENA ZAMENA REG. VENTILA VAKUMA - IZVRŠENA ZAMENA ZRAČNE PUMPE EBOS - IZJAVLJEN I SUMNJE NA ISPRAVAN RAD - IZVRŠENA ZAMENA KLEŠTA (PUKLA SKROZE) - UREĐAJ TESTIRAN SA NEKOLIKO UZORAKA - PODEŠENE POZICIJE UZIMANJA PROBUKETA - IZ REKOVIA

Test i napomene:
UREĐAJ TESTIRAN, FUNKCIJE ISTOŠĆ UREDNE

Utrošeni materijal:							
1.	AH743525	kom	1	6.		kom	
2.	BH589483	kom	1	7.		kom	
3.	AF010024	kom	1	8.		kom	
4.	05104711	kom	1	9.		kom	
5.		kom		10.		kom	

Utrošeno vrijeme: 2 h (DVA RADNA SATA)	Obračun puta:
Za Broma Bel	Aparat isporučen dana
Za korisnika	

* Korisnik je saglasan da serviser Broma bel-a pristupi servisiranju, dokumentaciji i čišćenju uređaja.
* Serviser se obavezuje da će poštovati Zakon o zaštiti podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011)